

Dot. Nr sprawy: ZP/9 /TP/21

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 284 ust .1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 , poz. 2019 z póź. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (nr sprawy:ZP/9/TP/21) na: **dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.**

PYTANIE NR 1

Dotyczy: Pakietu nr 32

W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ śrub kompresyjnych i zaślepek w zakresie Pakietu nr 32 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwóźdźmi?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 2

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny tytanowy dopuści możliwość zaoferowania gwóźdźnia z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 3

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 4

Dotyczy: Pakietu 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwóźdźnia blokowanego w części bliższej w 3 płaszczyznach zamiast w 4?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 5

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa prostego zamiast wygiętego?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 6

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących \varnothing 4,5 mm zamiast \varnothing 4 mm o dł. 20-60 mm oraz \varnothing 5 mm o dł. 26-60 mm zamiast 25-60 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 7

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź ramienny proksymalny dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z dynamizacją w części dalszej gwoździa na wysokości 9mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 8

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź puszczelowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących \varnothing 4,5 mm zamiast \varnothing 4 mm o oraz \varnothing 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 9

Dotyczy: pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących \varnothing 4,5 mm zamiast \varnothing 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 10

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy tytanowy dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych \varnothing 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych \varnothing 5 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 11

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania gwóźdźa o promieniu wygięcia 2000 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 12

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej trzonowej tytanowej Ø 6,5 mm i długości 40-140 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 13

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 14

Dotyczy: Pakiet nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej, sterylnej Ø 5,0 mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 15

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej, sterylnej Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych Ø 5 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 16

Dotyczy: Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź anatomiczny udowy rekonstrukcyjny dopuści możliwość zaoferowania zespołów blokujących tytanowych, sterylnych Ø 6,5 mm zamiast nakrętek?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 17

Dotyczy: Pakiet nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaferowania gwoździa krótkiego o dł. 180-280 mm oraz długiego o dł. 300-460 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 18

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaferowania śruby głównej 11 mm zamiast 10,5 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 19

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaferowania gwoździa bez możliwości założenia śrub kondylarnych?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 20

Dotyczy: Pakietu nr 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 poz. Gwóźdź Gamma dopuści możliwość zaferowania śrub blokujących tytanowych, sterylnych \varnothing 4,5 mm zamiast \varnothing 5,0 i \varnothing 6,28 mm?

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian